

Lp.	Nazwa sprzętu	Opis sprzętu	Liczba sztuk	Cena, źródło
SPRZĘT REHABILITACYJNY				
1.	Fotel rehabilitacyjny do przebywania w pozycji siedzącej	<p>Fotel rehabilitacyjny do przebywania w pozycji siedzącej powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Duże koła przednie, •Hydrauliczną regulację siedziska, •Pasy bezpieczeństwa, •Oparcie pleców i podparcie nóg regulowane sprężynami gazowymi, •Podparcie pod stopy z regulacją wysokości i możliwością odchylenia, •Ruchomy podgłówek, •Szerokość siedziska min. 50 cm, •Wysokość siedziska min. 58 cm, •Wysokość oparcia min. 56 cm, •Długość po rozłożeniu min. 166 cm. 	2	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
2.	Łóżko rehabilitacyjne elektryczne	<p>Łóżko rehabilitacyjne elektryczne powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Regulację oparcia pleców od 0° do 70°, •Regulację sekcji nóg od 0° do 32°, •Regulację wysokości w zakresie od 40 do 81 cm, •Sterowanie elektryczne za pomocą pilota, •4 koła transportowe z blokadą, • Wysięgnik z uchwytem, •Długość od 200 cm do 216 cm, •Szerokość od 90 cm do 104 cm, •Regulowane barierki boczne, •Leże metalowe 4-sekcyjne. 	35	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
3.	Koncentrator tlenu stacjonarny	<p>Koncentrator tlenu stacjonarny powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Napięcie zasilania 230 VAC +/- 10%, •Pobór mocy <290 W, 	20	<p>Cena za 1 szt:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> •Głośność do 40dB, •Koncentracja tlenu od 87% do 96%, •Przepływ od 0,5 do 5 l/min, •Cewnik do podawania tlenu przez nos, •Maskę w rozmiarze dla dorosłych, •Nawilżacz, •Zestaw do nebulizacji. 		Suma:.....
4.	Koncentrator tlenu przenośny	<p>Koncentrator tlenu przenośny powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Napięcie zasilania 230 VAC +/- 10%, •Pobór mocy <320 W, •Tryb pracy ciągły – iGO, •Koncentracja tlenu od 87% do 96%, •Przepływ od 0,5 do 5 l/min, •Cewnik do podawania tlenu przez nos, •Maskę w rozmiarze dla dorosłych, •Ładowarkę do baterii, •Zasilacz, •Kabel zasilający, •Torbę podręczną, •Ładowarkę samochodową. 	10	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
5.	Inhalator	<p>Inhalator powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Nebulizator, •Końcówkę do nosa, •Ustnik, •Maskę dla dzieci, •Kompresor, •Przewód powietrzny, •Zbiornik na lek, •Łącznik, •Prędkość inhalacji 0,25ml/min, •Pojemność nebulizatora 10ml. 	15	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>

6.	Rower stacjonarny	Rower stacjonarny powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> •Opór magnetyczny zewnętrzny, •Regulację siodełka w pionie i poziomie, •Możliwość kontroli pulsu dzięki sensorom dotykowym umieszczonym w kierownicy, •Maksymalne obciążenie 120 kg -140 kg, •Funkcje na wyświetlaczu: czas, dystans, spalone kalorie, prędkość, pomiar pulsu, •Regulację kąta nachylenia kierownicy. 	15	Cena za 1 szt: Suma:.....
7.	Bieżnia elektryczna	Bieżnia elektryczna powinna posiadać: <ul style="list-style-type: none"> •Regulacje kąta nachylenia 0-15%, •Pomiar pulsu na uchwytach na ręce, • Podświetlany wyświetlacz LCD monitorujący odległość, czas, prędkość, tętno oraz spalone kalorie, •Przycisk do natychmiastowego zatrzymania bieżni, •Rolki transportowe, •Boczne stopnie ochronne z powierzchnią antypoślizgową, •Boczne poręcze bezpieczeństwa na całej długości bieżni, •Maksymalne obciążenie 130 kg, •Prędkość od 0,3 km/h do 17 km/h, •Maksymalna moc silnika 5 KM, •Wymiary wys. 120 cm, szer. 70 cm, dł. 155 cm. 	5	Cena za 1 szt: Suma:.....
8.	Stół rehabilitacyjny	Stół rehabilitacyjny powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> •Maksymalne obciążenie 200 kg, •Długość 195 cm, •Szerokość 68 cm, •Regulację kąta nachylenia zagłówek za pomocą sprężyny gazowej od - 80° do + 45°, •Otwór w zagłówku do oddychania, 	3	Cena za 1 szt: Suma:

		<ul style="list-style-type: none"> •Stałe stopki antypoślizgowe, •Tapicerkę wykonaną z materiału skóropodobnego o wysokich parametrach, •Regulację wysokości, • 3 segmentowy, • Stabilną konstrukcję z profili stalowych, •Ruchomy podnózek, •Regulacje kąta nachylenia podnóżka. 		
9.	Materac rehabilitacyjny składany	<p>Materac rehabilitacyjny składany powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Możliwość składania 2 lub 3 częściowego, •Wkład z twardej pianki poliuretanowej, •Łatwo zmywalną tapicerkę o wysokich walorach estetycznych i odpornościowych. 	10	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
10.	Drabinka rehabilitacyjna przyłóżkowa	<p>Drabinka rehabilitacyjna przyłóżkowa powinna posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Szerokość 29 cm, •Długość 170 cm. 	10	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
11.	Mata masująca	<p>Mata masująca powinna posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Minimum 5 programów masujących, •Gumowe paski do szybkiego mocowania, •Pilot. 	15	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
12.	Balkonik składany na dużych kołach	<p>Balkonik składany , aluminiowy na dużych kołach powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Aluminiową, składaną ramę, •Dodatkowe wzmocnienia, •Maksymalne obciążenie 136 kg, •Regulacje wysokości co 2,5 cm, •Nóżki tylne zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi, •Kółka przednie o średnicy minimum 10 cm. 	20	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>

13.	Balkonik statyczny składany	<p>Balkonik statyczny składany powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Aluminiową, składaną ramę, •Nóżki zakończone gumowymi nasadkami, •Miękkie piankowe uchwyty, •Ergonomiczne uchwyty, •Regulacje wysokości co 2,5 cm, •Maksymalne obciążenie 136 kg, •Szerokość 50 cm - 57 cm, •Wysokość 80 cm – 96 cm. 	20	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
14.	Balkonik dwufunkcyjny składany krocząco – stały	<p>Balkonik dwufunkcyjny składany krocząco – stały powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Aluminiową, wzmocnioną ramę, •Dwu-funkcyjny: krocząco-stały, •Ergonomiczne uchwyty, •Regulacje wysokości, •Maksymalne obciążenie 110 kg, •Stabilną i wytrzymałą konstrukcję, •Nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi, •Łatwy do złożenia, •Stabilny i długi zakres kroczenia, •Szerokie pole podparcia. 	20	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
15.	Balkonik składany statyczny dziecięcy	<p>Balkonik składany statyczny dziecięcy powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Wzmocnioną aluminiową ramę, •Maksymalne obciążenie 100 kg, •Regulowaną wysokość 53-63 cm, •Regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami, •Miękkie piankowe uchwyty, •Szerokie pole podparcia, 	10	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami. 		
16.	Podpórka czterokołowa aluminiowa	<p>Podpórka czterokołowa aluminiowa powinna posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Maksymalne obciążenie 120 – 130 kg, •Średnica kół minimum 19 cm, •Wysokość siedziska od podłoża 44 – 57 cm, •Wysokość min 75,5 cm, •Wysokość max 95 cm, •Szerokość 60 cm, •Uchwyt na kule, •Torbę/kosz na zakupy, •Ergonomiczne uchwyty, •Składaną konstrukcję, •Miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym, •Demontowaną barierkę oparcia, •Hamulec wielofunkcyjny - standardowy oraz postojowy. 	20	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
17.	Podpórka dwukołowa aluminiowa	<p>Podpórka dwukołowa aluminiowa powinna posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Składaną, aluminiową ramę, •Zgrzewane siedzisko z tworzywa sztucznego, •Miękkie podparcie pod plecy, •Miękkie piankowe uchwyty, •Maksymalne obciążenie 100 kg, •Regulowane na wysokości nóżki zakończone od przodu dwoma parami kół, •Regulacja wysokości od podłoża. 	15	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
18.	Trójnóg z uchwytem na wysokich nogach	<p>Trójnóg z uchwytem na wysokich nogach powinien posiadać:</p>	5	<p>Cena za 1 szt:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> •Wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt, •Podstawę z trzema punktami podparcia zakończoną antypoślizgowymi nakładkami, •Maksymalne obciążenie min 100 kg, •Możliwość użytkowania w wersji prawej i lewej, •Regulowaną wysokość. 		Suma:.....
19.	Czworonóg z uchwytem z niską podstawą	<p>Czworonóg z uchwytem z niską podstawą powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Możliwość użytkowania w wersji prawej i lewej, • Wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt, • Regulowaną wysokość, • Maksymalne obciążenie min 100 kg, • Cztery punkty podparcia zakończone nakładkami antypoślizgowymi. 	5	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
20.	Kule łokciowe dla dorosłych do 150 kg	<p>Kule łokciowe powinny posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wytrzymały uchwyt, • Rękojeść kuli o specjalnym kształcie przeciwdziałającym wyślizgnięciu z dłoni, • Wysokość regulowana w odstępach co 2,5 cm, • Trzon aluminiowy zakończony antypoślizgową nakładką. 	10 par	<p>Cena za 1 parę:</p> <p>Suma:.....</p>
21.	Kule łokciowe dziecięce	<p>Kule łokciowe dziecięce powinny posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulowana wysokość uchwytu, • Trzon zakończony antypoślizgową nakładką, • Wytrzymały uchwyt. 	10 par	<p>Cena za 1 parę:</p> <p>Suma:.....</p>

22.	Kule pachowe regulowane do 113 kg	Kule pachowe regulowane do 113 kg powinny posiadać: <ul style="list-style-type: none"> • Podparcie pachy oraz rękojeść pokryte miękką pianką poliuretanową, • Łatwa regulacja wysokości kuli oraz wysokości rękojeści, • Trzon zakończony antypoślizgową nakładką. 	8 par	Cena za 1 parę: Suma:.....
23.	Laska składana z regulowaną długością	Laska składana z regulowaną długością powinna posiadać: <ul style="list-style-type: none"> • Skokową regulację długości, • Możliwość złożenia na trzy części, • Aluminiowy trzon zakończony antypoślizgową nakładką, • Pasek na rękę, • Wygodny uchwyt. 	10	Cena za 1 szt: Suma:.....
24.	Lampa z podczerwienią Sollux	Lampa z podczerwienią Sollux powinna posiadać: <ul style="list-style-type: none"> • Napięcie zasilania 230 V 50 Hz, • Regulowany kąt nachylenia lampy, • Moc 100 W. 	5	Cena za 1 szt: Suma:.....
25.	Rotor do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych	Rotor do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> • 4 nakładki antypoślizgowe, • Szeroką podstawę, • Gumowe opaski na nogi, • Dociskowy mechanizm oporowy. 	20	Cena za 1 szt: Suma:.....
				Suma:.....