

WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

Pozycja nr 4 – Koncentrator tlenu przenośny:

Bardzo proszę o wyjaśnienie - jakiego koncentratora tlenu wymaga Zamawiający.

Proszę o jednoznaczne określenie parametrów technicznych.

Opis koncentratora zawiera błędy. Nie ma na rynku koncentratora tlenu o podanych parametrach. W części opis sugeruje, że ma to być koncentrator tlenu lekki przenośny, a w części, że jednak stacjonarny.

Poniżej uwagi do opisu:

Napięcie zasilania 230 VAC +/- 10%

Pobór mocy <320 W – w koncentratorach przenośnych pobór mocy waha się na poziomie 90W

Przystosowany do wykorzystania w podróży,

Koncentracja tlenu od 87% do 96% - koncentracja tlenu w koncentratorach przenośnych wynosi maksymalnie 93%

Przepływ od 0,5 do 5 l/min,

Cewnik do podawania tlenu przez nos,

Maskę w rozmiarze dla dorosłych,

Ładowarkę do baterii,

Zasilacz,

Kabel zasilający

Zamawiający usunął zapis:

torba podręczna i ładowarka samochodowa co może sugerować, że chodzi o koncentrator tlenu stacjonarny. Z kolei koncentrator stacjonarny nie posiada ładowarki i zasilacza (zmieniony opis)

Jaką wagę powinien mieć koncentrator tlenu?

Proszę o udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedz

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Waga nie jest parametrem opisanym przez Zamawiającego, co oznacza że zaproponowany przez Wykonawcę przenośny koncentrator tlenu może mieć dowolną wagę.